

Ø 2 mm Standardabgreifklemmen

Ø 2 mm standard test clips

Artikel-Nr. / article number	Beschreibung / description
97358410x	MA 1 S
93031780x	MA 1
93031810x	MA 1 Crimp
930476001	AGF 1
93031910x	MA 2 VA

Für Prüf- und Messstromkreise,
die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind.

For test and measuring circuits,
that are not connected directly to the mains.

Sicherheitshinweise

Die Produkte erfüllen die angegebenen technischen Daten nur, wenn die hier beschriebenen Schritte eingehalten und fachmännisch ausgeführt werden. Die Montage und Installation ist nur durch entsprechend qualifiziertes Personal durchzuführen, dabei sind alle anwendbaren gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und Regelungen einzuhalten. Für Schäden infolge einer Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise übernimmt SKS keinerlei Haftung.

Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag müssen bei Montage bzw. Demontage der Produkte immer alle Bauteile spannungsfrei sein.

Die Steckverbindung darf nicht unter Last getrennt werden.

Bei einer Kombination von Messzubehör aus verschiedenen Messkategorien bestimmt die niedrigste Kategorie die Messkategorie des gesamten Aufbaus.

i Die technischen Daten entnehmen Sie dem Produktdatenblatt.

Safety instructions

The products fulfil the specified technical data only if below described steps will be observed and processed professionally. The assembly and installation should be done only by appropriate qualified specialists subject to all applicable safety regulations and rules. SKS does not accept any liability for damages due to disregard of safety regulations.

For protection against electric shock, all components have to be completely disconnected from the power supply during assembly or disassembly.

The connection must not be disconnected under load.

For a combination of test accessories from different measuring categories, the lowest category determines the measurement category for complete installation.

i Please see all technical data on product data sheet.

i Gilt nur für 93031810x - MA 1 Crimp / Only applicable for 93031810x - MA 1 Crimp.

Notwendige Werkzeuge		Necessary tools
<ul style="list-style-type: none"> Abisolierzange für feindrähtige Messlitze mit einem Arbeitsbereich von 0,25mm² bis 0,5mm² 		<ul style="list-style-type: none"> insulation strippers for fine-stranded wire with an application range from 0.25mm² up to 0.5mm²
<ul style="list-style-type: none"> TE-Einsatz 539680-2 		<ul style="list-style-type: none"> TE crimp insert 539680-2

Montage		Assembly
<ul style="list-style-type: none"> Feindrähtige Messlitze auf gewünschte Länge ablängen und abisolieren (4±0,5mm) 		<ul style="list-style-type: none"> cut the fine-stranded wire to requested length and strip insulation (4±0.5mm)
<ul style="list-style-type: none"> Messlitze durch unteres Isolierteil schieben 		<ul style="list-style-type: none"> push the wire through the lower insulating part
<ul style="list-style-type: none"> Abisoliertes Ende der Messlitze im Crimpanschluss gemäß DIN 60352-2 positionieren und crimpen 		<ul style="list-style-type: none"> position the stripped end of wire in the crimp connection according to DIN 60352-2 and crimp
<ul style="list-style-type: none"> Isolierteil durch Aufschieben montieren 		<ul style="list-style-type: none"> assemble the insulated part by sliding